

Извещение об отзыве продукции

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что ООО «ГЕМАТОЛОГ» отзывает реагенты:

- Цоликлон анти-А (рег.уд. № ФСР 2008/04007 от 31.12.2008 г.) **серии № 339R**

дата производства 01.11.2017г., в связи с выявленным несоответствием маркировки технической документации производителя – письмо Росздравнадзора от 29.12.2018г. № 01и-3133/18.

- Цоликлон анти-В (рег.уд. № ФСР 2008/04007 от 31.12.2008 г.) **серии № 356R**

дата производства 18.12.2017г., в связи с выявленным несоответствием маркировки технической документации производителя – письмо Росздравнадзора от 10.01.2019г. № 01и-46/19.

Данные реагенты необходимо вернуть на предприятие-изготовитель ООО «ГЕМАТОЛОГ» с предварительным согласованием по адресу: г.Москва, 125167, Новый Зыковский проезд, д.4, стр.1. Телефон (495) 504-90-98,

Бесплатная линия для регионов РФ: 8-800-777-07-72.

E-mail: hematologltd@yandex.ru

Если Ваше предприятие осуществило отгрузку указанных серий реагентов другому потребителю, необходимо известить его об отзыве продукции и сообщить нам адрес этого предприятия по телефону или E-mail.

Просим Вас приложить к документам на возвращаемую продукцию справку об остатках на складах и о реализации дефектной серии с указанием контактной информации покупателей и количества приобретенной продукции. Также возможна утилизация отзываемых реагентов с последующим предоставлением официального акта об утилизации.

Надеемся на понимание и благодарим за сотрудничество!